



ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto gali būti teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir paštu (Vytauto g. 105, LT-20184 Ukmergė), faksu (8 340 65 004), el. paštu spec@ukmergespspc.lt.

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kiekis	Reikalavimai
1 DALIS. AROMATERAPIJOS ĮRANGA			
1.	Aromaterapinė lempa	1	Aromaterapinė lempa užpildoma vandeniu, vanduo pašildomas. Yra galimybė įlašinti kvapus (aliejinius). Jungiama į elektros tinklą.
2.	Garsų ir kvapų terapijos sistema	1	Įrenginys turintis galimybę skleisti garsus skirtus garsų terapijai pvz. Jūros, pavasario, tekančio vandens, paukščių čiulbesys ir kt. Tuo pačiu įrenginyje yra galimybė kartu taikyti ir kvapų terapijos f-ją.
2 DALIS. GIMNASTIKOS SIENELĖS			
1.	Gimnastikos sienelės	3	Aukštis 220-270cm, plotis 80-100cm, storis 10-20cm. Skersinių dydis: 2,5x3,5cm ±1 cm. Maksimali apkrova - nemažiau 150 kg.
3 DALIS. JUDESIO TERAPIJOS REIKMENŲ KOMPLEKTAS			
1.	Čiužiniai	4	Poroloninis, polivinilo užvalkalas, kampai apsiūti neslystančia medžiaga, šonuose po dvi rankenas. Matmenys: 2000(±50 mm) x 1000(±50 mm) x 100 mm(±50 mm).
2.	Sieninis veidrodis	1	Veidrodis ne mažesnis kaip 3500x1700mm, ne mažiau 3 dalių, veidrodžio atspalvis – skaidrus, kraštinės poliruotos.
3.	Mankštos kamuoliai (kimštiniai kamuoliai)	1	Medicininis kimštinis kamuolys, pagamintas iš natūralios odos. Svoris - 5kg(±500g), skersmuo - 28 cm(±2cm).
4.	Mankštos kamuoliai (gimnastikos)	3	Mankštos kamuolių paviršius pagamintas iš elastingos medžiagos. Kamuoliai turi būti saugūs naudojimo metu: prakiurdžius kamuolį jis išsileidžia lėtai, o ne sprogstą. Visi mankštos kamuoliai turi atitikti Europos medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB. Maksimali apkrova – ne mažesnė nei 120 kg. Reikalingas kamuolio dydis parenkamas pagal žmogaus ūgį. 1 vnt. - Ø55cm - 155 - 169 cm 1 vnt. - Ø65cm - 170 - 184 cm 1 vnt. - Ø75cm - 185 - 204 cm.
5.	Kamuoliukai rankų treniruotėms	2 vnt. (1 kompl.)	Vieno kamuoliuko skersmuo - 5 cm±1 cm.
6.	Svoriai (riešui – kulkšnims)	2 kompl.	Riešo ir kulkšnies svoriai pripildyti smėliu padengti tvirto nailono audinio. Galimi svoriai: 1 kg (2 vnt. po 0,5 kg), 2 kg (2 vienetai po 1,0 kg).

7.	Gimnastikos gumos	3 kompl.	Guminių juostų, skirtų mankštai, komplektas. Komplektą sudaro 8 vnt. skirtingų tamprumų juostos. Skirtingų spalvos juostos nurodo skirtingą juostos tamprumą. Vienos juostos ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m.
8.	Ekspanderiai (delno ekspanderiai)	4	Šis treniruoklis yra skirtas vystyti pirštų, riešo ir delno raumenų grupes. Padengtas atspariu prakaitavimui paviršiumi. Ergonomiškos formos.
9.	Ekspanderiai(guminiai ekspanderiai)	2	Multifunkcinis ekspanderis - aerobikos pratimams atlikti. Pagamintas iš elastingos gumos. Paminkštintos rankenos. Diametras 50 mm±10 mm.
10.	Ekspanderių rinkinys	2 kompl.	Ekspanderių rinkinys susideda iš trijų skirtingų sunkumo lygių ekspanderių. Tai rankinis treniruoklių rinkinys skirtas rankų, pečių ir nugaros raumenims mankštinti, veikiantis pasipriešinimo principu.
11.	Gimnastikos lazdos	6	Įvairaus ilgio gimnastikos lazdos tinka ir sportui ir bendrai kūno kultūrai. Medžiaga: PE ar lygiavertė medžiaga. Skersmuo: 25mm± 5 mm. Ilgis: 2 vnt. - 120cm± 5 cm, 2 vnt. - 60 cm± 5 cm, 2 vnt. - 90cm ± 5 cm.
12.	Gimnastikos lankai	3	Masažinis gimnastikos lankas - svoris ne daugiau nei 1,2 kg, pagamintas naudojant viskozės elastinę ar lygiavertę medžiagą

4 DALIS. SVARSTYKLĖS SU ŪGIO MATUOKLE

1.	Svarstyklės su ūgio matuokle	3	<p>Reikalavimai svarstyklėms:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: mechaninės kolonos tipo svarstyklės; svorį (g) indikuojantis mechanizmas pritvirtintas kolonos viršuje patogiam aukštyje; ratukas transportavimui. 2. Svarstyklių tikslumo klasė - III (vidutinio tikslumo). 3. Platformos išmatavimai – 350(±25 mm) x 360 mm(±25 mm). 4. Matuojamas svoris - ne mažiau kaip iki 200 kg. 5. Matavimo diskretiškumas – 100 g. 6. Galimybė integruoti ūgio matuoklę su galvos fiksacija – būtina. 7. Svarstyklių ženklinimas: 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleistus „Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus; 2. Būtinai prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. 8. Pirminė metrologinė patikra – būtina. 9. Garantinis laikotarpis – 12 mėn. <p>Reikalavimai ūgio matuokliui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ūgio matavimo ribos - ne blogiau 85 – 200 cm. 2. CE sertifikatas – būtina.
----	------------------------------	---	---

5 DALIS. RELAKSO KAMBARYS

1.	Relakso kambarys	1	<p>Viso kūno masažą su muzika ir garsu atliekantis įrenginių komplektas.</p> <p>Sistemą sudaro:</p> <p>Vandens čiuržinys 220 cm(±20 cm)x 125 cm (±20 cm) x 230 cm.(± 20 cm). Su integruota masažo įranga.</p> <p>Palapinės tipo dangalas suteikiantis atirbojimo nuo aplinkos f-ją.</p> <p>Muzikos ir garso įranga.</p> <p>Garantinis laikotarpis – 12 mėn.</p>
----	------------------	---	---

6 DALIS. MOLIO ŽIEDIMO APARATAS

1.	Molio žiedimo aparatas	1	<p>Molio žiedimo aparate įmontuotas elektrinis variklis (80-100W);</p> <p>Įtampa ne daugiau, nei 230 V, 1-fazė.</p> <p>Keli greičio režimai reguliuojami rankenėlės pasukimu.</p>
----	------------------------	---	--

			<p>Ratilas sukamas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę.</p> <p>Ratilo diametras: 250 mm(\pm50 mm)</p> <p>Sukimosi greitis: 0~230rpm</p> <p>Įrengimo matmenys: ilgis 515mm(\pm50 mm), plotis 365mm(\pm50 mm), aukštis 230mm (\pm 50 mm).</p> <p>Molio žiedimo aparato komplektą sudaro : 2 ratilai (250 mm\pm50 mm) ir apsauginė lėkštė.</p> <p>Garantinis laikotarpis – 12 mėn.</p>
7 DALIS. RELAKSACINĖ MASAŽO KĖDĖ			
1.	Relaksacinė masažo kėdė	1	<p>1. Masažo programos – ne mažiau 9 programų (pagal intensyvumą nuo silpnesnės iki aktyvesnės)</p> <p>2. Kojų atramose privalo būti atliekamas spaudžiamasis pėdų ir blauzdų masažas</p> <p>3. Nugaros ir kojų atramos reguliuojamos , kad galima būtų kojų atpalaidavimo procedūras atlikti skirtingose kojų sulenkimo būsenose.4. Nugaros atlošo atlenkimo kampas iki 170°, suteikiantis galimybę masažuoti pusiau gulomis.</p> <p>5. Įmontuota audio įranga.</p> <p>6. Masažo laiko nustatymas.</p> <p>8. Krėslo medžiaga turi būti lengvai sterilizuojama, valoma(pvz.dirbtinė (ECO) oda ar lygiavertė).</p> <p>9. Suteikiama garantija ne mažiau nei 12 mėn.</p> <p>10. Naudojimo instrukcijos ir techninių parametrų atitikties dokumentai pateikiami originalo ar anglų kalbomis ir vertimu į Lietuvos kalbą.</p>
8 DALIS. BUITINĖ ĮRANGA			
1.	Mikrobangų krosnelė	1	<p>Mikrobangų krosnelės talpa – nuo 15 iki 30 l.</p> <p>Atskirai statoma mikrobangų krosnelė.</p> <p>Galingumas – ne mažiau 600 W.</p> <p>Integruota grilio funkcija.</p> <p>Garantinis laikotarpis ne mažiau, nei 12 mėn.</p>
2.	Kavos aparatas	1	<p>Matmenys (PxAxG), cm 35(\pm 10 cm) x 45(\pm 10 cm) x 38(\pm 10 cm)</p> <p>Vandens talpa nuo 1,5 iki 3 l</p> <p>Kavos pupelių talpa nuo 200 iki 350 g.</p> <p>Kavos tirščių talpa nuo 15 iki 30 porcijų</p> <p>Pieno rezervuaro talpa nuo 0,5 iki 1 litro</p> <p>Energijos taupymo funkcija</p> <p>Automatinis sistemos praplovimas</p> <p>Automatinis nukalkinimas</p> <p>Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.</p>
9 DALIS. AUTOMATINĖ DŽIOVYKLĖ			
1.	Automatinė džiovyklė	1	<p>Montavimo tipas - laisvai statoma (-as)</p> <p>Energijos klasė ne prastesnė nei A</p> <p>Skalbinių svoris - ne mažiau kaip 5kg</p> <p>Džiovinimo tipas Kondensacinis</p> <p>Aukštis 85 cm \pm 5 cm</p> <p>Gylis 63 cm \pm 5 cm</p> <p>Plotis 60 cm \pm 5 cm</p> <p>Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn.</p>
10 DALIS. BIOPTRONO LEMPA			
1.	Bioptrono lempa	3	<p>1. Prietaisas skirtas šviesos terapijai.</p> <p>2. Tvirtinamas ant mobilaus stovo.</p> <p>3. Filtro skersmuo - \geq 11 cm.</p> <p>4. Apsaugos klasė, ne blogiau - II klasė, IP 20.</p>

			<p>5. Poliarizacijos laipsnis: $\geq 95\%$ (590-1550 nm). 6. Lemputės galia - ≥ 50 W. 7. Specifinis galios tankis $40\text{mW}/\text{cm}^2$ 8. Šviesos energija per minutę, ne blogiau - $2,4\text{ J}/\text{cm}^2$. 9. Bangos ilgio ribos, ne blogiau - 480-3400 nm. 10. Naudojama galia, ne daugiau - 160 VA. 11. Gydomo laiko nustatymas ir automatinis prietaiso išsijungimas – būtina. 12. Maitinimo nuo tinklo – būtina. 13. Garantijos laikotarpis įrangai ne trumpiau nei 12 mėn. 14. CE ženklinimas būtinas. 15. Pateikti prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo aprašus originalo ar anglų kalba ir vertimą į Lietuvos kalbą ar analogiškus dokumentus.</p>
11 DALIS. ŽALIUZĖS			
1.	Žaliuzių komplektas (viso 16 vnt.)	1 kompl.	<p>Perkama 16 vnt. žaliuzių. tipas - vertikalios žaliuzės; spalvos derinamos su užsakovu. 13 vnt. žaliuzių reikalavimai (kabinetuose): langų matmenys: aukštis 235 cm, plotis 125 cm; 1 vnt. žaliuzių reikalavimai (procedūriniame kabinete): langų matmenys: aukštis 235 cm, plotis 125 cm; Šio kabineto žaliuzių paviršius turi būti lengvai valomas, pritaikytas medicinos įstaigų procedūriniams kabinetams. 1 vnt. žaliuzių reikalavimai (koridoriuje): aukštis 220 cm , plotis 170 cm; 1 vnt. žaliuzių reikalavimai (koridoriuje): aukštis 223 cm, plotis 170 cm ; Aukščiau pateikti langų matmenys, o tikslus, žaliuzių įrengimo, išmatavimus tiekėjas turi atlikti vietoje.</p>